



No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUISE AYBAR

30 de noviembre de 2023

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

NOTIFICACION DE CIRCULAR DE NO HABILITACION DE OFERTAS

A: Oferentes proceso de Referencia CGLEA-CCC-LPN-2023-0003

Referencia: (Procedimiento de Licitación Publica Nacional para la "Adquisición de Equipos Endoscópicos Completo")

Por medio de la presente, tenemos a bien remitirles la Notificación de Circular de no habilitación de ofertas anexa a esta comunicación, del proceso mencionado en la referencia, para su conocimiento y fines de lugar.

PROVEEDOR	CUMPLE	NO CUMPLE	HALLAZGO
1 BRECHEN COMMERCE INTERNATIONAL		NO CUMPLE	<p>LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS NO CUMPLE CON EL PLIEGO DE CONDICIONES Y EL MANUAL NO FUE PRESENTADO COMPLETO EN ESPAÑOL.</p> <p>Entre las características están los sigtes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fuente de luz y Procesador no tiene Compatibilidad con los Endoscopios, Colonoscopio y Duodenoscopio de series anteriores de lo cual posee el Centro de gastroenterología. <p>Los Endoscopios y Colonoscopios y Duodenoscopio Sonoscape no son compatibles con la fuente de luz y procesador ya existente en el Centro.</p> <p>No posee las funciones como la pre-freeze, No posee Foco Dual No posee Visualización de 3D en tiempo real No posee Controler One Touch a prueba de agua</p>

/UR.03.2011

DISTRIBUCION Y COPIAS
 Original - Expediente de Compras
 Copia P - Agregar Destino



				<p>No posee tecnología de repuesta a la inserción (RIT) en lo que se componen el Doble pasivo, Alta transmisión de fuerza.</p> <p>El sistema de Video endoscopia no es compatible con las diferentes áreas de Neumología y Cirugía.</p> <p>Los mismos no poseen ningunas de las especificaciones Técnicas mencionadas anteriores que se encuentran en las páginas 26 y 27 del Pliego de condiciones</p>
--	--	--	--	---



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones