



No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUISE AYBAR

30 de noviembre de 2023

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

**NOTIFICACION DE CIRCULAR DE NO HABILITACION DE OFERTAS SOBRE B**

**A:** Oferentes proceso de Referencia CGLEA-CCC-LPN-2023-0003

**Referencia:** (Procedimiento de Licitación Publica Nacional para la "Adquisición de Equipos Endoscópicos Completo")

Por medio de la presente, tenemos a bien remitirles la Notificación de Circular de no habilitación de ofertas anexa a esta comunicación, del proceso mencionado en la referencia, para su conocimiento y fines de lugar.

PROVEEDOR	CUMPLE	NO CUMPLE	HALLAZGO
1		NO CUMPLE	<p>LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS NO CUMPLE CON EL PLIEGO DE CONDICIONES Y EL MANUAL NO FUE PRESENTADO COMPLETO EN ESPAÑOL.</p> <p>En la carta compromiso de entrega de bienes no estableció el plazo fijado en el pliego de condiciones.</p> <p>No presentan garantía en los equipos ni tiempo en pieza y servicios como requería el pliego de condiciones un planteamiento de la misma.</p> <p>No presentan planteamiento de revisiones preventivas durante la garantía con fines de evitar reparaciones.</p> <p>Los equipos serie 170 que ofertan no es compatible con todos los Endoscopios de series anteriores que posee el Centro de Gastroenterología.</p>

/UR.03.2011

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino



				<p>Los mismos no poseen ningunas de las especificaciones técnicas mencionadas anteriores que se encuentran en las páginas 26 y 27 del pliego de condiciones.</p> <p>- En relación a las pruebas realizadas a los estados financieros se pudo comprobar que los valores arrojados en los índices de solvencia, liquidez y nivel de endeudamiento no son valoraciones positivas debido a que todas están por debajo de los rangos mínimos recomendados o por encima de los valores permitidos.</p>
--	--	--	--	--



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones